

株式会社阿賀ウッド 様

新潟県東蒲原郡阿賀町九島229-7

一般財団法人 新潟県環境分析センター
〒950-1144 新潟市江南区祖父興野53番地1
TEL (025)284-6500 FAX (025)284-0022

検査結果証明書

令和2年4月30日 付依頼された検査結果を
以下のとおり証明いたします。



検査責任者

畠山 宏



試料名	奥阿賀ペレット				
採取場所	新潟県東蒲原郡阿賀町九島229-7				
採取年月日	備考欄記載	当日天候	—	前日天候	—
採取者	依頼者	気温	— °C	水温	— °C
試験法	「木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム測定のための検査方法」(平成24年11月制定, 林野庁) 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂, 文部科学省)				
検査項目	単位	検査結果		検出下限値	
セシウム134	Bq/kg	4 未満		4	
セシウム137	Bq/kg	4 未満		4	
—以下余白—					
備考	測定日: 令和2年5月12日 16時48分 検査結果は採取時の値である(令和2年4月24日10時00分)。 測定容器: 2Lマリネリ 測定装置: ゲルマニウム半導体検出器 (キャンベラジャパン株, GC2020) 測定時間: 1000秒 ※採取時間の詳細については、以下のとおり。 ①令和2年4月24日 10時00分、12時00分、14時00分 ②令和2年4月27日 9時30分、11時30分、14時30分 ③令和2年4月30日 9時00分、11時00分、13時00分 ※試料採取についてはISO/IEC 17025認定対象範囲外です。				

株式会社阿賀ウッド 様

新潟県東蒲原郡阿賀町九島229-7

一般財団法人 新潟県環境分析センター
〒950-1144 新潟市江南区祖父興野53番地1
TEL.(025)284-6500 FAX(025)284-0022

検査結果証明書

令和2年4月30日 付依頼された検査結果を
以下のとおり証明いたします。



検査責任者

畠山 宏



試料名	奥阿賀ペレット				
採取場所	新潟県東蒲原郡阿賀町九島229-7				
採取年月日	備考欄記載	当日天候	—	前日天候	—
採取者	依頼者	気温	— °C	水温	— °C
試験法	「木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム測定のための検査方法」(平成24年11月制定, 林野庁) 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリー」(平成4年改訂, 文部科学省)				
検査項目	単位	検査結果		検出下限値	
セシウム134	Bq/kg	4 未満		4	
セシウム137	Bq/kg	4 未満		4	
—以下余白—					
備考	測定日: 令和2年5月12日 16時48分 検査結果は採取時の値である(令和2年4月24日10時00分)。 測定容器: 2Lマリネリ 測定装置: ゲルマニウム半導体検出器(キャンベラジャパン(株), GC2020) 測定時間: 1000秒 ※採取時間の詳細については、以下のとおり。 ①令和2年4月24日 10時00分、12時00分、14時00分 ②令和2年4月27日 9時30分、11時30分、14時30分 ③令和2年4月30日 9時00分、11時00分、13時00分 ※試料採取についてはISO/IEC 17025認定対象範囲外です。				